



Diaglobal GmbH • Köpenicker Str. 325 • 12555 Berlin

Diaglobal GmbH
Innovationspark
Wuhlheide
Köpenicker Str. 325
12555 Berlin

t 030 | 65 76 25 97
x 030 | 65 76 25 17
info@diaglobal.de
www.diaglobal.de

EG – Konformitätserklärung EC – Declaration of Conformity

Produkt <i>Product</i>	Reagenz zur Bestimmung von Erythrocyten im Blut <i>Reagent for determination of erythrocytes in blood</i>
EDMS-Bezeichnung <i>EDMS designation</i>	Erythrocytes
Code	13 01 70 02 00
Einstufung <i>Category</i>	In-vitro-Diagnostikum <i>In-vitro diagnostics</i>
Klassifizierung nach RL 98/79 EG <i>Classification in accordance with Directive 98/79/EC</i>	Sonstiges Produkt <i>Other product</i>
Registriernummer <i>Registration number</i>	DE/CA73/177619-10

Konformitätsbewertungsverfahren nach RL 98/79 EG Anhang III
Conformity assessment procedure in accordance with Directive 98/79/EC Annex III

Angewandte Normen / Applicable standards	
Harmonisierte Normen <i>Harmonised standards</i>	EN ISO 13485 EN ISO 14971 EN ISO 23640 EN ISO 18113-2 EN ISO 15223-1

Hersteller <i>Manufacturer</i>	Diaglobal GmbH Köpenicker Str. 325, Haus 41 D-12555 Berlin Germany
-----------------------------------	---

- Geschäftsführer:
Rosita Trappiel
Mina Thakur
- Handelsregister:
Berlin-Charlottenburg
HRB 73796
- UST-IdNr. DE 812 88 27 91
Steuer-Nr. 37/260/30001
- Berliner Sparkasse
IBAN: DE41 1005 0000 2970 0320 34
BIC: BELADEVXXX

EG – Konformitätserklärung
EC – Declaration of Conformity

Wir, die Diaglobal GmbH, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Reagenz zur Bestimmung von Erythrocyten** in den Ausführungen
*We, Diaglobal GmbH, hereby declare under our sole responsibility that the product **Reagent for determination of Erythrocytes** in the versions*


Bezeichnung / Description	Packungsgröße / Package size	Art.-Nr. / Item No.
Erythrocyten / Erythrocytes	40 Tests / 40 tests	ERY 142
Erythrocyten / Erythrocytes	40 Tests / 40 tests	ERY 040
Erythrocyten / Erythrocytes	40 Tests / 40 tests	ERY 440 A
Erythrocyten / Erythrocytes	40 Tests / 40 tests	ERY 442 A
Erythrocyten / Erythrocytes	40 Tests / 40 tests	ERY 540
Erythrocyten / Erythrocytes	40 Tests / 40 tests	ERY 542

die Anforderungen der Richtlinie 98/79 EG über In-vitro-Diagnostika erfüllt.
is in conformity with the requirements of Directive 98/79/EC on in-vitro diagnostics.


Die Konformität des Produktes mit der Richtlinie 98/79 EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

The product is in conformity with Directive 98/79/EC, as attested by the CE marking.

Berlin, den 19.10.2020


.....
Rosita Trappiel
CEO, Geschäftsführerin / *Managing Director*

Diaglobal GmbH
Openicker Str. 325, Haus 41
12555 Berlin
Fon: 65 76 25 97
Fax: 65 76 25 17


.....
Mina Thakur
CEO, Geschäftsführer / *Managing Director*