CULTURA® M

D deutsch
GB english
F français
I italiano
S svenska
NL nederlands

PRAXISDIENST
Matériel médical depuis 1953
Commandez ici !

CE

MODE D'EMPLOI

Eléments pour l'utilisation
a) Commutateur central avec lampe de contrôle
b) Bouton de réglage de la température

Installation de l'appareil
Le CULTURA peut être utilisé en position horizontale ou verticale (avec l'interrupteur en-haut).

Légende
(voir photos à la dernière page)
1 Le CULTURA peut être utilisé en position horizontale ou verticale (avec l'interrupteur en-haut).
2 Commutateur central avec lampe de contrôle.
3 Bouton de réglage de la température.

Mise en marche
a) Déballer l'appareil et introduire la fiche dans une prise de courant.
b) Poser le plateau intercalaire sur les nervures, installer le thermomètre.
c) Activer le commutateur central; la lampe de contrôle s'allume.
d) Environ 30 minutes plus tard, la température d'utilisation préréglée (à environ 35°C) est atteinte.

Réglage de la température
La température désirée s'obtient en tournant le bouton de réglage avec un tournevis.
En tournant vers la droite, on obtient une hausse de la température intérieure et en tournant vers la gauche, une baisse de celle-ci (un déplacement de 15° correspond à 1°C environ).

Mode d'emploi
Veiller à ce que la porte soit bien fermée. N'ouvrir la porte qu'à 90° maximum. Placer le CULTURA de manière à ce qu'il n'y ait aucune insolation directe sur la porte en plexiglas. Les tubes en plastique ne doivent pas être posés directement sur le fond chaud. Prière de toujours utiliser le plateau intercalaire.

Nettoyage
Les surfaces résistent à la plupart des produits usuels de nettoyage et de désinfection. Important: Les dissolvants tels que le méthanol, l'acétone ou produits similaires ne doivent en aucun cas être utilisés pour le nettoyage.

Problèmes techniques
Pour des raisons de sécurité le CULTURA est équipé d'un dispositif contre le surchauffement. Cette sécurité ne peut pas être remplacée ni réparée par le client lui-même. En cas de dommages, contactez votre vendeur de CULTURA.

Maintenance/Contrôles
L'appareil Cultura ne nécessite aucune maintenance. Des contrôles visuels sont cependant à effectuer régulièrement. Lors de ces contrôles, l'aspect extérieur et le câble d'alimentation seront examinés. S'ils présentent des dommages, l'appareil sera mis hors service. En outre, la température de fonctionnement devrait toujours être contrôlée avec le thermomètre et, si nécessaire, ajustée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dénomination :**
  CULTURA
- **Numéro d'article :**
  70700 = 220–240 V
  70701, 70713 = 100–120 V
  70702, 70712 = 12 V
- **Gamme de température :**
  25-45°C
- **Précision de température :**
  +/- 1°C
- **Tensions disponibles :**
  (voir plaquette signalétique)
  220–240 V = 30 W
  100–120 V = 30 W
  12 V = 20 W
- **Fréquence :**
  50Hz / 60Hz
- **Sécurité électrique :**
  Class II
- **Boîter :**
  PC & ABS sans PBDE difficilement inflammable
- **Porte :**
  PC, transparent
- **Thermomètre :**
  jusqu'au 60°C, inclus dans tube spécial
- **Plateau intercalaire :**
  ABS
- **Garantie :**
  deux ans à partir de la date de l'achat
- **Dimensions extérieures :**
  l x l x h:
  310 x 168 x 155 mm
- **Dimensions intérieures :**
  l x l x h:
  220 x 150 x 120 mm
- **Poids:**
  1,1 kg

CE